

Aos 19 dias do mês de Janeiro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Medico Hospitalar (LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS) destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Pregão Eletrônico nº 63/2021, Processo nº 18261/2021, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS. Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, NÃO ATENDE (m) as exigências estabelecidas no edital.


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
01	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 6.5  Luva cirúrgica, tamanho 6,5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no MS.	NEW HAND ROBISA LATEX BR	Conforme relato do Hospital Geral de Linhares, as luvas são difíceis de calçar, são grudadas, não tendo boa qualidade para uso na Unidade Hospitalar.
02	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 7.0  Luva cirúrgica, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua	I ATFX BR	Conforme relato do Hospital Geral de Linhares, as luvas são difíceis de calçar, são grudadas, não tendo boa qualidade para

3

8-3 g

			RUBRICA
	finalidade, punho reforçado da porda,	SE	MUS uso na
	lubrificada com pó biobsorvive pelo		Unidade Hospitalar.
	organismo, embalagem em envelope contendo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	01 par selado a quente nos quatro lados,		
	sendo que no lado superior deve possuir abas		
	que permitam a abertura asséptica do material,		
	constando os dados de identificação,		
	procedência, data de fabricação/esterilização,		
	prazo de validade, n° do lote e registro no MS.		
	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL		
	EM LATEX Nº 7.5		
	Luva cirúrgica, tamanho 7,5, confeccionada em		
	látex natural, esterilizada a raio gama cobalto		Conforme
	60, formato anatômico, flexibilidade, resistência		relato do Hospital Geral
	e sensibilidade, tátil adequados a sua	NEW HAND ROBISA	de Linhares, as
	finalidade, punho reforçado da borda,		luvas são difíceis de
03	lubrificada com pó biobsorvível pelo		calçar, são
	organismo, embalagem em envelope contendo	LATEX BR	grudadas, não tendo boa
	01 par selado a quente nos quatro lados,		qualidade para
	sendo que no lado superior deve possuir abas		uso na Unidade
	que permitam a abertura asséptica do material,		Hospitalar
	constando os dados de identificação,		
	procedência, data de fabricação/esterilização,		
	prazo de validade, n° do lote e registro no MS.		
04	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL		Conforme
	EM LATEX Nº 8.0		relato do Hospital Geral
	Luva cirúrgica, tamanho 8.0, confeccionada em		de Linhares, as
	látex natural, esterilizada a raio gama cobalto	NEW HAND	luvas são difíceis de
	60, formato anatômico, flexibilidade, resistência	ROBISA	calçar, são
	e sensibilidade, tátil adequados a sua	LATEX BR	grudadas, não tendo boa
	finalidade, punho reforçado da borda,		qualidade para
	lubrificada com pó biobsorvível pelo		uso na Unidade
	organismo, embalagem em envelope contendo		Hospitalar
		47	A

MINEY.		FL	RUBRICA SEMUS
White who	01 par selado a quente nos quatro lados,		SEMIUS
	sendo que no lado superior deve possuir abas		y
	que permitam a abertura asséptica do material,		
	constando os dados de identificação,		
	procedência, data de fabricação/esterilização,		
	prazo de validade, n° do lote e registro no MS.		
	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL		
	EM LATEX N° 8.5		
	Luva cirúrgica, tamanho 8.5, confeccionada em		
	látex natural, esterilizada a raio gama cobalto		Conforme
	60, formato anatômico, flexibilidade, resistência	NEW HAND ROBISA LATEX BR	relato do Hospital Geral
05	e sensibilidade, tátil adequados a sua		de Linhares, as
	finalidade, punho reforçado da borda,		luvas são difíceis de
	lubrificada com pó biobsorvível pelo		calçar, são
	organismo, embalagem em envelope contendo		grudadas, não
	01 par selado a quente nos quatro lados,		tendo boa qualidade para
	sendo que no lado superior deve possuir abas		uso na
	que permitam a abertura asséptica do material,		Unidade Hospitalar
	constando os dados de identificação,		•
	procedência, data de fabricação/esterilização,		
	prazo de validade, n° do lote e registro no MS.		
	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NÃO		
	ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO G COM		
	100 UNIDADES.		As amostras
	Luva de procedimento, não estéril, tamanho	NITRYLEX SHANDONG ROBISA LUVIX	apresentadas são de um
	G, MATERIAL NITRÍLICA, anatômica, textura		material seco,
	homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa		com pouquíssima
06	elasticidade e resistente a tração, ambidestra,		elasticidade, o
	comprimento mínimo de 25 cm, punho		que dificulta na hora de calçar
	arredondado de forma a manter uma perfeita		ocasionando
	adaptação, sem pó, acondicionada em caixa		rasgos nas luvas.
	contendo 100 unidades.	٨	luvus.
			14



-		SE SE	MUS
08	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO	SHANDONG ROBISA LUVIX	As amostras apresentadas são de um material seco, com pouquíssima elasticidade, o que dificulta na hora de calçar ocasionando rasgos nas luvas.
	ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM		
	100 UNIDADES		
	Luva de procedimento, não estéril, tamanho M,		
	MATERIAL NITRÍLICO, anatômica, textura		
	homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa		
	elasticidade e resistente a tração, ATÓXICA,		
	ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,		
	punho arredondado de forma a manter uma		
	perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em		
	caixa contendo 100 unidades.		
11	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO	NITRYLEX SHANDONG ROBISA LUVIX	As amostras apresentadas são de um material seco, com pouquíssima elasticidade, o que dificulta na hora de calçar ocasionando rasgos nas luvas.
	ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM		
	100 UNIDADES		
	Luva de procedimento, não estéril, tamanho P,		
	MATERIAL NITRÍLICO, anatômica, textura		
	homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa		
	elasticidade e resistente a tração, ATÓXICA,		
	ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm,		
	punho arredondado de forma a manter uma		
	perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em		
	caixa contendo 100 unidades.		

Andréia Durão Miranda Davel Presidente

Jane de Mello Maciel Braz Membro

Jackelene Ramos de Barros Membro Alessandra Sesana Membro

José Ângelo Pandolfi Membro

Márcia Regina Bravim Membro

José Tobias Carleti Jovita Membro LINHARES-ES, 19 DE JANEIRO DE 2022.