PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20104/2021

ESCLARECIMENTO

OBJETO

aquisição de material de consumo (acessórios para equipamentos medicos hospitalares, braçadeira/manguito para monitor multiparametrico, sensor de dedo spo^2 e outros), destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, deste Município.

QUESTIONAMENTO

Com referencia ao edital acima segue abaixo questionamento:

- No lote 03 tanto no item 01 quando no item 03 é pedido um "(sensor de oximetria adulto tipo clip reutilizável para monitor marca PROLIFE...)" um para o modelo T5 e outro para o modelo C12.

Entretanto no painel de conexões do equipamento só tem uma foto.

Seria o mesmo painel para os dois modelos de conectores? Seria este sensor da foto em anexo?

RESPOSTA

Considerando a resposta através de e-mail constantes nos autos pela Secretaria Municipal de Saúde, o seguinte:

Em relação aos questionamentos levantados, seguem considerações:

Conforme resposta do Hospital Geral de Linhares, o painel é o mesmo para os dois modelos de conectores.

Atenciosamente,

Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

AVENIDA AUGUSTO PESTANA, 790 - CENTRO - LINHARES - ES - CEP: 29900-192 -
CNPJ: 27.167.410/0001-88 Tel: 0xx27 33721888 Site: www.linhares.es.gov.br