AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

FL | RUBRICA
SEMUS

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Medico Hospitalar **(LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 63/2021, Processo nº 18261/2021,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
06	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA, NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO G COM 100 UNIDADES.** Luva de procedimento, não estéril, **tamanho G**, **MATERIAL NITRÍLICA**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**DESCARPACK**
09	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES COR ROSA.** Luva de procedimento, não estéril, **COR ROSA**, tamanho **M, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**DESCARPACK**
09	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO M COM 100 UNIDADES COR ROSA.**	**DESCARPACK**

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

	Luva de procedimento, não estéril, **COR ROSA**, tamanho **M, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro

LINHARES-ES, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE
LAUDO TÉCNICO

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Medico Hospitalar **(LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 63/2021, Processo nº 18261/2021,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **BRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPTIALARES E FARMACEUTICA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, NÃO ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
01	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 6.5** Luva cirúrgica, tamanho 6,5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.	**MAXITEX**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA.** **Obs. Foi concedida a empresa prorrogação de prazo (até 08/02/22), para entrega da amostra, porém até a presente data não houve entrega da amostra.**
02	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 7.0** Luva cirúrgica, tamanho 7,0, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60,	**MAXITEX**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA.** **Obs. Foi concedida a empresa prorrogação de**

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

	formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.		**prazo (até 08/02/22), para entrega da amostra, porém até a presente data não houve entrega da amostra.**
03	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 7.5** Luva cirúrgica, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.	**MAXITEX**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA.** **Obs. Foi concedida a empresa prorrogação de prazo (até 08/02/22), para entrega da amostra, porém até a presente data não houve entrega da amostra.**

1909
FL RUBRICA
SEMUS

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

04	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 8.0** Luva cirúrgica, tamanho 8.0, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.	**MAXITEX**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA.** **Obs. Foi concedida a empresa prorrogação de prazo (até 08/02/22), para entrega da amostra, porém até a presente data não houve entrega da amostra.**
05	**LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL EM LATEX Nº 8.5** Luva cirúrgica, tamanho 8.5, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gama cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade, tátil adequados a sua finalidade, punho reforçado da borda, lubrificada com pó biobsorvível pelo organismo, embalagem em envelope contendo 01 par selado a quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam a abertura asséptica do material, constando os	**MAXITEX**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA.** **Obs. Foi concedida a empresa prorrogação de prazo (até 08/02/22), para entrega da amostra, porém até a presente data não houve entrega da amostra.**

RUBRICA SEMUS

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

	dados de identificação, procedência, data de fabricação/esterilização, prazo de validade, n° do lote e registro no MS.		

1004
FL
RUBRICA

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro

LINHARES-ES, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

1908
FL RUBRICA
SEMUS

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Medico Hospitalar **(LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 63/2021, Processo nº 18261/2021,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPTIALARES.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
07	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO GRANDE COM 100 UNIDADES** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, **TAMANHO GRANDE,** levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.	**NUGARD TERANG**
10	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO MEDIO COM 100 UNIDADES.** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, **TAMANHO MÉDIO**, levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.	**NUGARD TERANG**
12	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO COM 100 UNIDADES** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, **TAMANHO PEQUENO,** levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.	**NUGARD TERANG**

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

13	**LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO PP COM 100 UNIDADES** Luva de procedimento, não estéril, tamanho **PP, MATERIAL NITRÍLICA,** anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**MEDIX HARTALEGA SDN**
14	**LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL NÃO ESTERIL TAMANHO PP COM 100 UNIDADES** Luva procedimento, material a base de látex de borracha, **TAMANHO PP**, levemente lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade não esterilizada, espessura mínima de 0,08mm por 230 mm de comprimento reduzido índice de proteínas e de resíduos químicos. Caixa com 100 unidades.	**NUGARD TERANG**

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro

LINHARES-ES, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

1907

FL	RUBRICA
SEMUS	

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Medico Hospitalar **(LUVAS CIRURGICAS, LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTROS)** destinado a atender Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 63/2021, Processo nº 18261/2021,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **PROLINE MATEIRAL HOSPITALAR EIRELI.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, NÃO ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
11	**LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA NÃO ESTERIL AMBIDESTRA TAMANHO P COM 100 UNIDADES** Luva de procedimento, não estéril, tamanho **P, MATERIAL NITRÍLICO**, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade e resistente a tração, **ATÓXICA,** ambidestra, comprimento mínimo de 25 cm, punho arredondado de forma a manter uma perfeita adaptação, sem pó, acondicionada em caixa contendo 100 unidades.	**NUGARD**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA**
15	**LUVA EM VINIL TAMANHO G CAIXA COM 100 UNIDADES.** Luva em vinil, **TAMANHO G,** transparente, descartável, em resina de PVC - poli (cloreto de vanila) com pó absorvível, anatômica, levemente talcada, Caixa com 100 unidades.	**NUGARD**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA**
16	**LUVA EM VINIL TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES.**	**NUGARD**	**NÃO APRESENTOU AMOSTRA**

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842

	Luva em vinil, **TAMANHO M**, transparente, descartável, em resina de PVC - poli (cloreto de vanila) com pó absorvível, anatômica, levemente talcada, Caixa com 100 unidades.		

1908
FL RUBRICA
SEMUS

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

José Tobias Carleti Jovita
Membro

LINHARES-ES, 14 DE FEVEREIRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 3372-6842