



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2021

FL	RUBRICA
SEMUS	

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 119

Linhares – ES, 13 de Setembro de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.^a, Laudo de Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, analisado pela “**Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº063 de 18 de Março de 2022**”, apresenta o resultado abaixo para o Pregão Eletrônico nº. 29/2022, Processo nº 7669/2022, conforme laudo anexo:

- HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

LOTE: 01.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- INOVAMED HOSPITALAR LTDA.

LOTE: 03.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA

LOTE: 04.


ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.



- CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

LOTES: 06, 09, 10.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.



- BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA.

LOTE: 07.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME.

LOTE: 08.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Andréia Durão Miranda Davel
Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de
Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e
Odontológicos.

Ilma. Senhora
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE


LAUDO TÉCNICO

Aos 13 dias do mês de Setembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2022, Processo nº 7669/2022**, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
01	EQUIPO PUNÇÃO VENOSA CENTRAL COM FILTRO EM PVC Equipo de punção venosa central (P.V.C.). Embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	BIOSANI


Andréia Durão Miranda Davel
Presidente


Alessandra Sesana
Membro


Monize de Souza Peruchi
Membro


José Angelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro


Márcia Regina Bravin
Membro


Cristiano Salsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2022.



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO


2024

FL	RUBRICA
SEMUS	

Aos 13 dias do mês de Setembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2022, Processo nº 7669/2022**, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **INOVAMED HOSPITALAR LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
03	EQUIPO DE 02 VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM CONECTOR DO ACESSO VENOSO Equipo 2 vias, equipo para administração de soluções parenterais, para adaptar varias soluções em único acesso, com conector do acesso venoso luer lock, trava para controle de volume e com tampas. Embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	DESCARPA CK


Andréia Durão Miranda Davel
Presidente


Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro


Alessandra Sesana
Membro


José Angelo Pandolfi
Membro


Márcia Regina Bravin
Membro


Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2022.



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

LAUDO TÉCNICO


2025

FL	RUBRICA
SEMUS	

Aos 13 dias do mês de Setembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2022, Processo nº 7669/2022**, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
04	EQUIPO 4 VIAS COM CLAMP ESTERIL ATOXICO APIROGENICO EM PVC Equipo 4 vias, equipo para administração de soluções parenterais, para adaptar varias soluções em único acesso, com conector do acesso venoso luer lock, trava para controle de volume e com tampas. Embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.	DESCAR PACK


Andréia Durão Miranda Davel
Presidente


Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro


Alessandra Sesana
Membro


José Angelo Pandolfi
Membro


Márcia Regina Bravin
Membro


Christiano Sfaixin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2022.



AVALIAÇÃO DE QUALIDADE
LAUDO TÉCNICO

2016

FL	RUBRICA
SEMUS	

Aos 13 dias do mês de Setembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2022, Processo nº 7669/2022**, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
06	<p>EQUIPO COM BURETA TRANSFUÇÃO SANGUE MACRO GOTAS COM FILTRO TRANSPARENTE CAMARA GRADUADA DE 150 ML</p> <p>Equipo com bureta transfusão sangue macro gotas, com filtro transparente, com câmara graduada de 150 ml, reservatório PVC, circuito com comprimento mínimo de 1,2m, com pinça rolete, estéril, embalado individualmente. Embalagem constando identificação, procedência, data de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.</p>	BIOSANI
09	<p>EQUIPO MACRO-GOTAS ESTERIL COM SACO PARA SOLUÇÕES FOTOSSENSIVEL CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL</p> <p>Equipo macro gotas com saco para soluções fotossensível, para administração de soluções parenterais, estéril, contendo câmara gotejadora flexível, conector com ponta perfurante graduada em três níveis diferentes com protetor, com filtro partículas de 15 micras, entrada de ar com filtro bacteriológico de 22 micras, tubo de PVC com +/- 1,50M, pinça rolete injetor lateral isento de látex, determinação luer slip e luer lock conjugados com tampa protetora contendo membrana hidrófoba, com saco, embalagem individual em PVC contendo, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde.</p>	BIOSANI



10	<p>EQUIPO / CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES, 2 VIAS NEONATAL</p> <p>Equipo / Conexão para administração simultânea de soluções 2 vias NEONATAL com sistema fechado para administração simultânea de soluções endovenosas, conector luer, em PVC, atóxico, estéril, descartável, resistente a dobras, com tubo de 6fr, um protetor de cone com filtro de 0,22 micras adequado para eliminação de ar do sistema, embalado individualmente, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, rotulagem conforme resolução RDC Nº 185 de 22/10/2001, ANVISA e suas alterações posteriores. Legislação de acordo com legislação atual vigente. O produto deve ter registro na ANVISA.</p>	<p>5, 2</p> <p>RUBRICA</p> <p>SEM S</p> <p>BIOSANI</p>
----	--	--


Andréia Durão Miranda Davel
Presidente



Alessandra Sesana
Membro


Monize de Souza Peruchi
Membro


José Angelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro


Márcia Regina Bravim
Membro


Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2022.



**AVALIAÇÃO DE QUALIDADE
LAPSO TEMPORÁRIO**

2028

FL	RUBRICA
SÉRIAS	

Aos 13 dias do mês de Setembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2022, Processo nº 7669/2022**, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
07	<p>EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL CAMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE MICRO GOTAS 5 ML.</p> <p>Equipo para soro Micro gotas com injetor lateral: equipo para administração de soro com câmara gotejadora transparente com micro gotas com capacidade aproximada de 5 ml, flexíveis de material plástico ou similar, tubo vinílico aproximadamente de 130 cm de comprimento, com injetor lateral, com borracha, com conexão Luer macho universal com tampa de proteção firme e de fácil remoção, pinça rolete de fácil manobra e firme ao cortar o fluxo da solução estéril embalado individualmente em papel grau cirúrgico. O filme plástico transparente resistente ao manuseio fechado adequado com bordas separadas para facilitar abertura asséptica, constando dados de identificação: validade, lote e registro no Ministério da Saúde.</p>	LABOR IMPORT

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Alessandra Sesana
Membro

José Angelo Pandolfi
Membro

Marcia Regina Bravim
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2022.

Aos 13 dias do mês de Setembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, referente ao **Pregão Eletrônico nº 29/2022, Processo nº 7669/2022**, desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **ATENDE** (m) as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
08	EQUIPO MICRO COM BURETA PARA SOLUÇÃO PARENTERAL COM CORTA FLUXO DE 150 ML Equipo Micro com bureta 150 ml: equipo para administração de soluções parenterais, com câmara graduada capacidade para 150 ml, micro gotas, graduação a cada ml, ponta perfurante para ampolas plásticas com tampa, pinça corta fluxo, injetor superior resistente e respiro com filtro de ar hidrófobo e bacteriológico: substância transparente, intermediário com pinça rolete de alta precisão, injetor lateral, conector Luer com tampa. Embalagem com dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, validade e registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR

[Signature]
Andréia Durão Miranda Davel
 Presidente

[Signature]
Monize de Souza Peruchi
 Membro

Jackelene Ramos de Barros
 Membro

[Signature]
Alessandra Sesana
 Membro

[Signature]
Jose Angelo Pandolfi
 Membro

[Signature]
Marcia Regina Bravim
 Membro

[Signature]
Christiano Sfalsin Teixeira
 Membro

LINHARES-ES, 13 DE SETEMBRO DE 2022.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020

FL.	RUBRICA
SEMUS	

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 120

Linhares – ES, 13 de Setembro de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.^a, Laudo da análise da documentação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** Material de Consumo Hospitalar (**EQUIPO**) destinado a atender o Hospital Geral de Linhares, analisado pela “**Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº070 de 30 de Março de 2021**”, apresenta o resultado conforme laudo anexo, **PREGÃO Nº 29/2022, PROCESSO Nº 7669/2022:**

- **HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTE: 01.

A documentação apresentada **ATENDE** a solicitação do Edital;

- **INOVAMED HOSPITALAR LTDA.**

LOTE: 03.

A documentação apresentada **ATENDE** a solicitação do Edital;

- **DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA**

LOTE: 04.

A documentação apresentada **ATENDE** a solicitação do Edital;

- **CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.**

LOTES: 06, 09, 10.

A documentação apresentada **ATENDE** a solicitação do Edital;



- **BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA.**

LOTE: 07.

A documentação apresentada **ATENDE** a solicitação do Edital;




- **VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME.**

LOTE: 08.

A documentação apresentada **ATENDE** a solicitação do Edital;

Atenciosamente,


Andréia Durão Miranda Davel
Presidente



Monize de Souza Peruchi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro


Alessandra Sesana
Membro


José Angelo Pandolfi
Membro


Márcia Regina Bravin
Membro


Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos.

Ilma. Senhora
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal
Linhares – ES