FL | RUBRICA
SEMUS

OF/LAUDO/SEMUS/Nº. 154

Linhares – ES, 08 de Novembro de 2022.

Senhora Pregoeira,

Encaminhamos a V.S.ª, Laudo de Material de Consumo **(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, analisado pela **"Comissão De Acompanhamento de Processos e Avaliação De Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos, Portaria nº063 de 18 de Março de 2022"**, apresenta o resultado abaixo para o Pregão Eletrônico **nº. 27/2022, Processo nº 7553/2022,** conforme laudo anexo:

- **CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.**

LOTES: 08, 10, 37.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.**

LOTE: 09.

ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

- **LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA ME.**

LOTE: 55.

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

- **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

LOTE: 74.

FL 2073 RUBRICA SEMUS

NÃO ATENDE as exigências estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Andréia Durão Miranda Davel
Comissão de Acompanhamento de Processos e Avaliação de Qualidade de Gêneros Alimentícios, Materiais de Expediente, Materiais Médicos Hospitalares e Odontológicos.

Ilma. Senhora
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Municipal
Linhares – ES

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

FL RUBRICA
SEMUS

LAUDO TÉCNICO

Aos 08 dias do mês de Novembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo **(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 27/2022, Processo nº 7553/2022,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
08	**APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO OBESO** Aparelho de pressão arterial adulto obeso: braçadeira confeccionada em tecido nylon 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (poliamida 280 DENIER) com garra dupla, contendo o nº da portaria do INMETRO, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira, manômetro do tipo aneróide, com no mínimo 03 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg, divisão de escala 2 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito: altura x comprimento (cm) Adulto: 14,0 cm x 35,0 cm. Dimensões da braçadeira em (cm): Adulto: 18,0 x 52,0 cm. Abrangência da	**PREMIUM / WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. BR-20 D OBESO**

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

	circunferência do braço: Circunferências de braço: 34 cm a 53 cm. Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. Cor: preta e cinza. **ESTETOSCÓPIO AUSCULTADO CARDIOLÓGICO**: aço inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma em PVC, atóxico de excelente sensibilidade. Com ausculta mais precisa, cor preta. Diafragma, alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e atóxico. Embalagem individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço de espuma. Procedência nacional. Certificado INMETRO e Registro no Ministério da Saúde.	
10	**APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCOPIO INFANTIL** APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL: braçadeira confeccionada em tecido nylon – 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (POLIAMIDA 280 DENIER) com garra dupla, cor preto e cinza, contendo o nº da portaria do INMETRO, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira. Manômetro do tipo aneróide, com escala de 0 a 300 mm/hg, divisão de escala 2 mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade, cor preto ou cinza; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito:	**PREMIUM / WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. BR-20D INFANTIL**

FL | RUBRICA
SEMUS

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

	altura x comprimento:8,0 cm x 15,0 cm dimensões da braçadeira: 9,5 x 28,0 cm: abrangência da circunferência do braço: Circunferências de braço: 10 cm a 23 cm. Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. **ESTETOSCÓPIO AUSCULTADO CARDIOLÓGICO INFANTIL:** aço inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma em PVC, atóxico de excelente sensibilidade. Com auscultação cardio- pulmonar. Acompanha dois pares de olivas e membrana sobressalentes. Ângulo: biauricular em armação metálica de inox resistente de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço. Olivas: Rosqueável, formato anatômico em PVC macio e atóxico na cor preta. Tubo PVC: Tubo em PVC macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa, cor preta. Diafragma: Alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e atóxico. Embalagem: Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço de espuma. Procedência nacional. Certificado INMETRO e Registro no Ministério da Saúde.	
37	**ESTETOSCÓPIO AUSCULTADO CARDIOLOGICO ADULTO DUPLO** ESTETOSCÓPIO AUSCULTADO CARDIOLÓGICO ADULTO, duplo, aço inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma em PVC, atóxico de excelente sensibilidade. Com ausculta cardiopulmonar. Acompanha dois pares de olivas: rosqueável, formato anatômico em PVC macio e atóxico na cor preta, tubo PVC macio flexivo e atóxico para ausculta mais precisa, cor preta. Diafragma; Alta sensibilidade, formato anatômico em PVC macio e atóxico, embalagem individual, acondicionado em caixa de papelão.	**KINDCARE WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTES CO., LTD- CHINA KT 119**

FL RUBRICA SEMUS

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

	Acompanha berço de espuma.	

FL ... RUBRICA
SEMUS

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

AVALIAÇÃO DE QUALIDADE

FL RUBRICA
SEMUS

LAUDO TÉCNICO

Aos 08 dias do mês de Novembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo **(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 27/2022, Processo nº 7553/2022,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA
09	**APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCOPIO ADULTO** APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO: braçadeira confeccionada em tecido nylon 240, flexível e antialérgico, fecho em velcro 100% nylon (poliamida 280 DENIER) com garra dupla, contendo o no da portaria do INMETRO, manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos na mesma cor da braçadeira, manômetro do tipo aneróide, com no minimo 03 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg , divisão de escala 2mmHg, caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, comprovada por certificado individual que deve acompanhar o produto; pêra insufladora em PVC, medindo 113mm de comprimento x 42mm de diâmetro, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; válvula com anel sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível contendo anel de fixação entre a válvula e pêra; Dimensões do Manguito: altura x comprimento (cm)	**WENZHOU KANGU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD**

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

	Adulto: 12,0 cm x 22,0 cm. dimensões da braçadeira em (cm): Adulto: 14,0 x 52,0 cm. abrangência da circunferência do braço: Circunferências de braço: 18 cm a 36 cm; (adulto) . Embalagem: Individual na bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão. Cor: preta e cinza. **ESTETOSCÓPIO AUSCULTADO CARDIOLÓGICO**: aço inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma em PVC , atóxico de excelente sensibilidade. Com ausculta mais precisa, cor preta. Diafragma, alta sensibilidade. Formato anatômico em PVC macio e atóxico. Embalagem individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço de espuma. Procedência nacional. Certificado INMETRO e Registro no Ministério da Saúde.	FL RUBRICA SEMUS

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

RUBRICA
SEMUS

LAUDO TÉCNICO

Aos 08 dias do mês de Novembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo **(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 27/2022, Processo nº 7553/2022,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo, **NÃO ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
55	**LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DESCARTAVEL TAMANHO 70 CM X 50 M COR BRANCA.** LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL 50 M X 70 CM LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, totalmente isento de materiais reciclados, TAMANHO 70 CM X 50 M, não estéril, produto não perecível, constando dados de identificação, data de fabricação, Lote e Registro no Ministério da Saúde. Cor: Branca	**DESCARBOX**	**Não Apresentou amostra**

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Ângelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842

FL RUBRICA
SEMUS

Aos 08 dias do mês de Novembro do corrente ano, após análise do Material de Consumo **(ABAIXADOR DE LINGUA E OUTROS)** destinado a atender diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao **Pregão Eletrônico nº 27/2022, Processo nº 7553/2022,** desta Secretaria, relacionados abaixo, fornecidos pela Empresa **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** Constatamos que o (s) produto (s) abaixo**, NÃO ATENDE (m)** as exigências estabelecidas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	JUSTIFICATIVA
74	**TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM ESTOJO E BATERIAS EXTRAS** Características técnicas mínimas com ponta rígida, resistente à água, com beep sonoro de aviso de Medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, indicador de bateria fraca, desligamento automático. Com faixa de medição entre 32-46 graus Celsius, uso axilar e oral. Aprovado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do equipamento. Acompanha estojo de proteção em PVC e com duas baterias extras.	**INCOTERM**	**Não Apresentou amostra**

Andréia Durão Miranda Davel
Presidente

Alessandra Sesana
Membro

Monize de Souza Peruchi
Membro

José Angelo Pandolfi
Membro

Jackelene Ramos de Barros
Membro

Márcia Regina Bravim
Membro

Christiano Sfalsin Teixeira
Membro

LINHARES-ES, 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Av. Augusto Pestana, 790 - Centro - CEP 29900-192 - Linhares/ES - Tel.: 27 3372-6800 - Fax: 27 33726842