



Rua Monsenhor Pedrinha, 800 - Araçá - 29.901-442 - Linhares-ES

OFÍCIO/DA/DG/HGL/Nº: 1.811/2022

Linhares - ES. 16 de novembro de 2022.

ILMO SENHOR, SAULO RODRIGUES MEIRELLES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE LINHARES-ES.

REF: <u>PARECER QUESTIONAMENTO DO PREGÃO 047/2022 PROCESSO 11.513/2022</u>
GASES MEDICINAIS

Em resposta ao questionamento da empresa **AAE METAL PARTES PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI** segue abaixo:

QUESTIONAMENTO:

1 QUE AS EXIGÊNCIAS DE AFE, CBPF e TRANSPORTE PERIGOSO, SEJAM SUPRIMIDAS DO EDITAL OU VENHAM ACOMPANHADAS DO TERMO *QUANDO APLICÁVEL/CABÍVEL*; POR NÃO SER EXIGÍVEL PARA TODAS AS FORMAS DE FORNECIMENTO PREVISTO PELA ANVISA, ESPECIFICAMENTE PARA USINAS CONCENTRADORAS DE OXIGÊNIO E CENTRAIS DE AR COMPRIMIDO;

RESPOSTA:

Solicitamos que os itens que tiverem AFE, CBPF e TRANSPORTE PERIGOSO que seja acrescentado "TERMO QUANDO APLICÁVEL/CABÍVEL".

2. QUE SEJA POSTO EM CONFORMIDADE COM A RDC 50, PERMITINDO QUALQUER DOS TIPOS DE FORNECIMENTO DO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, CONFORME ELENCADOS NA RDC 50/2002 DA ANVISA;

RESPOSTA:

CONFORME CONSTA NO EDITAL A RDC 50 ESTÁ SENDO SOLICITADA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM VÁRIA ITENS, CONFORME EXEMPLO ABAIXO:

8.9.8. A empresa contratada deverá atender ainda, no mínimo, onde aplicável: a) ANVISA: **RDC 50/2002**; RDC 32/2011; RDC 69/2008; RDC 70/2008; RDC 68/2011; RDC 09/2010; RDC 260, RDC 307 e demais normativas quando aplicável;

EM RELAÇÃO AO AR COMPRIMIDO NÃO ESTÁ SENDO SOLICITADO A AQUISIÇÃO DO MESMO. MANTER CONFORME O EDITAL



3. QUE O CRITÉRIO DE JULGAMENTO SEJA POR ITEM, PERMITINDO NESSA MODALIDADE A DIVISÃO DOS OBJETOS LICITADOS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DOS PRODUTOS REQUERIDOS COMO AS USINAS DE OXIGÊNIO E AS CENTRAIS DE AR COMPRIMIDO;

RESPOSTA:

O referido processo licitatório permanecerá sob a modalidade e critério de julgamento. **-Por lote**

O critério utilizado para fornecimento dos gases medicinais por empresa única se faz necessário por tornar o controle do recebimento destes gases, pelo departamento de saúde responsável, mais apurado e vantajoso, sabendo-se que as entregas são programadas para serem realizadas semanalmente ou á pedido do departamento quando necessário.

Deve –se levar em conta, também, que os cilindros fornecidos em comodato que são distribuídos nos setores, conforme necessidade dos mesmos. Uma vez que existe uma enorme dificuldade em resgatar todos os cilindros fornecidos por uma empresa, o que já causa enormes transtornos, e na hipótese de termos cilindros de diferentes fornecedores, essa recuperação se tornaria ainda mais difícil, principalmente dos cilindros encaminhados junto com os pacientes.

Atenciosamente

Edinalva Pereira Souza Cunha Assessora Especial de Gestão Hospital Geral de Linhares

GM-Compras