PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 26/2023
Número do Processo Interno: 012015/2023
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 17/08/2023 - 09:00
Orgão: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINHARES
Município: Linhares / ES

Registrado em	Assunto	Respondido Em
14/08/2023 - 13:38	LOTE 002 - EQUIPO MACRO GOTA	15/08/2023 - 11:25

Boa tarde, No lote 002 - EQUIPO COM MACRO GOTA COM CAMARA FLEXIVEL TRANSPARENTE EM PVC, poderão ser ofertados equipos que possuam apenas a conexão luer slip ou tem que ser luer slip/lock junto? Grato!

Considerando que o pedido de esclarecimento se trata "técnico" foi encaminhado para a secretaria, sendo assim, segue abaixo o retorno por e-mail, conforme consta nos autos. Bom dia! Em resposta a aquisição de material de consumo medico hospitalar (Pregão Eletrônico FMS nº 026/2023), referente ao Equipo Macrogota, esclareço que poderá ser ofertado com apenas a conexão luer slip. Atenciosamente, Daiana Medrado Enfermeira da APS Departamento de Atenção Primária à Saúde SEMUS - Linhares/ES

Voltar